



Soluție etalon de conductivitate, material de referință certificat MRC OIML 111,3 mS/cm, KCl 1D, 500 mL

Nr. produs: S51M001

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Material de referință certificat MRC conform EN ISO 17034

Soluție etalon de conductivitate, material de referință certificat MRC, conform DIN EN ISO 17034:2017, cu certificat de analiză* care raportează valoarea exactă a conductivității. Durată de valabilitate garantată datorită ambalajului etanș din pungă de aluminiu. Conductivitate clorură de potasiu Demal 1 (KCl): 111,3 mS/cm $\pm$ 0,5% (25°C), recipient de 500 mL.

*Disponibil pentru descărcare de pe www.hach.com/CoA.

Producător acreditat de materiale de referință

Compania Hach este acreditată de către autoritatea germană de acreditare DAkkS ca producător înregistrat de materiale de referință conform DIN EN ISO 17034:2017. Laboratorul de calibrare Hach situat în Berlin este înregistrat conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Soluții etalon complet trasabile

Utilizarea de soluții etalon fabricate de un producător acreditat de materiale de referință vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității și în incertitudinile calculate. Soluțiile etalon de conductivitate sunt preparate și calibrate conform scalei Demal recunoscute internațional, elaborată de Organizația Internațională de Metrologie Legală (OIML – Recomandarea nr. 56).

Durată de valabilitate garantată de 2 ani

Fiecare soluție standard este livrată într-un ambalaj etanș din pungă de aluminiu ce garantează depozitarea sigură.

Până la prima deschidere, valoarea certificată este garantată timp de 2 ani de la data eliberării certificatului.

Descărcare certificat

Fiecare soluție etalon are propriul certificat de analiză care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach.

Trasabilitate dovedită

Fiecare soluție standard are propriul Certificat de conformitate și trasabilitate care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach. Utilizarea de soluții etalon fabricate de un laborator acreditat vă conferă încredere deplină în lanțul trasabilității și în incertitudinile calculate.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentrație:	111,3 mS/cm $\pm$ 0,5% (k=2) la 25°C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Conductivity calibration solution
Formula:	KCl
Nota de subsol:	¹ Cu excepția pH 7,000 formulat de noi în conformitate cu specificațiile NIST, IUPAC și DIN19266 pentru pH 6,865 și pH 7,413

²Dansk Fundamental Metrologi A/S este acreditat pentru măsurarea pH-ului de către the Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(nr. 255)

Package settings:

Recipient

Parametru:

Conductivitate

Platforma:

Solu#ie

Trasabilitate NIST:

Da